

●クロロメーター デュオ 型

<セット内容>

- 本体 : 1 体
- 試験管 : 2 本
- 攪拌棒 : 4 本
- 洗浄ブラシ : 1 個
- 携行バッグ : 1 個
- 試薬 : 各 20 錠 (DPD-1 DPD-3 HR GP)

●製品仕様・測定試薬

測定対象	測定方法	測定範囲	試薬
残留塩素低濃度	DPD 法	0~5.00mg/L	DPD-1 DPD-3 各 20 錠
高濃度残留塩素	HR 法	5~250mg/L	HR GP 20 錠

<仕様>

- 測定原理 : 吸光光度法
デュアル LED 光源 ナローバンド波長光学フィルター
- 表示 : LCD ディスプレイ (バックライト機能)
- 波長 : 530nm
- 表示範囲 : 低濃度残留塩素 0.01~5.00mg/L
高濃度残留塩素 5~250mg/L
- 測定値メモリー : 10 メモリー
- 校正 : 手動校正 (校正値記憶機能)
- 温度範囲 : 0~50℃
- 電源 : 単三電池 2 本 手動 ON/OFF AUTO・OFF 機能
- 本体寸法 : 150×65×45mm
- 重量 : 200g (電池含む)

●デジタルクロロメーターデュオ専用測定用試薬 (消耗品)

品名	測定対象	数量
DPD-1	残留塩素低濃度 (遊離)	100
DPD-3	残留塩素低濃度 (結合)	100
DPD-4	残留塩素低濃度 (総)	100
HR・GP	高濃度残留塩素濃度	各 100

注意 : 試薬は全てクロロメーター デュオ 型専用品です。他製品の試薬では測定できません。